

FABRYCZNIE NOWA MYJNIA-DEZYNFEKTOR / 1 szt. / DO MYCIA I DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ NACZYŃ SZPITALNYCH (BASENY, KACZKI, ITP.) DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZEBRZESZYŃNIE – WRAZ Z DOSTAWĄ, INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU.

Pełna nazwa:

Model / typ:

Producent:

Kraj produkcji:

L. P.	PARAMETRY WYMAGANE	TAK / NIE ORAZ „PODAĆ” UZUPEŁNIA WYKONAWCA
1	2	3
1	Urządzenie w wersji stojącej, pionowej o wymiarach max.:	
2a	Szerokość do 500 mm	
2b	Głębokość do 600 mm	
2c	Wysokość do 1100 mm	
3	Załadunek od góry	
4	moc maksymalna 2500 W	
5	Moc pompy wody 750 W	
6	zasilanie 230 V	
7	1 pompa dozująca	
8	Górny panel wykonany w tworzywa antybakteryjnego z nanotechnologią srebra	
9	Pojemność na cykl: 2 baseny + 2 kaczki	
10	Rodzaj dezynfekcji: dezynfekcja termiczna	
11	Pobór energii na cykl 0,28 kW	
12	Automatycznie otwierana i zamykana pokrywa komory	
13	Otwieranie komory przy użyciu czujnika podczerwieni umieszczonego na dole urządzenia	
14	Uruchamianie cyklu bez dotykowo na fotokomórkę	
15	Czas cyklu 5-8 minut	
16	ochrona przed przepełnieniem zbiornika	
17	wyświetlacz LED	
18	Diodowa sygnalizacja usterek	
19	Dysza obrotowa umieszczona pod pokrywą komory	
20	Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie A0 = 600	
26	Gwarancja minimum 2 lata od daty montażu. TAK/NIE	

UWAGA !

1. Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

2. Zamawiający uzna, że treść oferty odpowiada treści zapytania cenowego, jeśli w kol. 3 tabeli zostanie wpisane – złożone oświadczenie: „TAK”.

3. Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne zawarte w tabeli parametrów wymaganych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego, spełniają wszystkie obowiązujące normy oraz obowiązujące przepisy prawa.

.....
Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy