

## Pytania przetargowe 0510-5/2017

Dotyczy postępowania na zakup, dostawa loco siedziba zamawiającego, instalacja, szkolenie personelu i uruchomienie dwóch fabrycznie nowych myjni – dezynfektorów do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych (kaczki, baseny) dla Samodzielnego Publicznego ZOZ w Szczebrzeszynie.

### Pytanie 1

#### Dotyczy Załącznika Nr 1 część 1 pkt 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fabrycznie nowej myjni – dezynfektor do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych (baseny, kaczki, itp.) o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 500 x 500 x 1730 spełniającej wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Tak, dopuszczamy**

### Pytanie 2

#### Dotyczy Załącznika Nr 1 część 2 pkt 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fabrycznie nowej myjni – dezynfektor do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych (baseny, kaczki, itp.) o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 500 x 500 x 1730 spełniającej wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Tak, dopuszczamy**

### Pytanie 3

#### Dotyczy części I i części II

Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia – konwekcyjne i mechaniczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonych w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga stosowania filtrów HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie wpływa na znacznie tańszą eksploatację urządzenia.

**Odp. Tak, dopuszczamy**

### Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę towaru do 4.12.2017 r.? oraz :

- a) Punkt 3. Czy zamawiający wyrazi zgodę, żeby komora i panel przedni wykonane były z polimeru?

**Odp. Nie**

- b) Punkt 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby zbiornik wykonany był ze stali nierdzewnej a komora z kompozytu?

**Odp. Nie**

- c) Punkt 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby głębokość wynosiła 580 mm?

**Odp. Tak**

- d) Punkt 25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby suszenie i schładzanie było konwekcyjne?

**Odp. Odpowiedź była już udzielona**

Lub

2. czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę towaru do 31.12.2017 r. ? oraz

- a) Punkt 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby głębokość wynosiła 580 mm?

**Odp. Nie**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę towaru do 4.12.2017 r. ? oraz:

- a) Punkt 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby komora i panel wykonane były z polimeru?

**Odp. Nie**

- b) Punkt 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby zbiornik wykonany był ze stali nierdzewnej a komora z kompozytu?

**Odp. Nie**

- c) Punkt 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby pojemność na jeden cykl wynosiła basen i kaczka lub 3 kaczki?

**Odp. Nie**

- d) Punkt 23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby suszenie i schładzanie było konwekcyjne?

**Odp. Odpowiedź była już udzielona**

Lub

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę towaru do 31.12.2017 r.? oraz:

- a) Punkt 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby pojemność na jeden cykl wynosiła basen i kaczka lub 3 kaczki?

**Odp. Nie**

**Pytanie 6**

**Ad pkt 8 tabeli:**

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści zapisu

„Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone w najtrudniejszych do zbadania miejscach TAK/NIE oraz podać ”

Czy przez powyższy opis Zamawiający wymaga aby niezależne czujniki temperatury były zgodnie z Pn-EN ISO 15883-1/3 umieszczone w miejscu gdzie występuje najniższa temperatura dezynfekcji termicznej (czyli na dole komory) ?

**Odp. Nie**

**Pytanie 7**

**Ad pkt 10 tabeli:**

Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganą pojemność komory myjącej: 1 kaczka + 1 basen lub 2 kaczki należy uznać za minimalną?

A związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjni-dezynfektora z komorą o pojemności 1 basen + pokrywka + kaczka lub jednorazowo 3 kaczki co jest uznawane jako standard dla większości tego typu urządzeń

**Odp. Nie**

**Pytanie 8**

**Ad pkt 18 tabeli**

Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na myjni- dezynfektor o nie wiele różniących się wymiarach szerokość: 500mm, głębokość 450mm i wysokość: 1730mm

**Odp. Tak**

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
z siedzibą w Sączynie

*SM*  
Maria Sota