

**Pytania i odpowiedzi do przetargu- Nr sprawy; SP ZOZ DA 0510-2/2020  
Zamówienie na dostawę „produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki  
dezynfekcyjne”**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 6.5 poz. 4 i 5 i dopuści:  
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  
nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100  
sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae,  
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby  
drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1  
minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  
nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 150  
sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae,  
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby  
drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1  
minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  
nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200  
sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae,  
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby  
drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1  
minuty) (13727, 13624, 14476)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

**Odp. Zamawiający nie wydzieli i nie dopuści**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 6.5 poz. 6 i 7 i dopuści:  
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone  
do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie  
alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany,  
metal, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale  
intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu,  
foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość  
użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie  
odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1  
minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut  
(EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV),  
V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN  
14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowychchch  
przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego  
na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze  
szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na  
oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej,  
sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG.

Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

**Odp. Zamawiający nie wydzieli i nie dopuści**

### **Pytanie 3**

#### **Dotyczy pakietu nr 7.3**

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniające o zdolności podtrzymywania tkankowego 75% po dwóch tygodniach i 40% po trzech tygodniach przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 4**

#### **Dotyczy pakietu nr 7.3, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 5**

#### **Pakiet 4.8, poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie igły 23G, średnicy igły 0,6mm i długości 4mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 6**

#### **Pakiet 4.8, poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie igły 23G, średnicy igły 0,6mm i długości 6mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**