Pytania i odpowiedzi do przetargu- Nr sprawy; SP ZOZ DA 0510-2/2020 Zamówienie na dostawę „produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki dezynfekcyjne"

Pytanie 1
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 6.5 poz. 4 i 5 i dopuści:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Odp. Zamawiający nie wydzieli i nie dopuści

Pytanie 2
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 6.5 poz. 6 i 7 i dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowychvch przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG.

Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Odp. Zamawiający nie wydzieli i nie dopuści

Pytanie 3
Dotyczy pakietu nr 7.3
Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne o zdolności podtrzymywania tkankowego 75% po dwóch tygodniach i 40% po trzech tygodniach przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4
Dotyczy pakietu nr 7.3, poz. 8
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5
Pakiet 4.8, poz. 1.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 23G, średnicy igły 0,6mm i długości 4mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6
Pakiet 4.8, poz. 1.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 23G, średnicy igły 0,6mm i długości 6mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ

PL

Pytanie 7
Pakiet 4.8, poz. 2.
Czy zamawiający dopuści szczotkę o średnicy szczoteczek 5mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8
Pakiet 4.8, poz. 3.
Czy zamawiający dopuści szczotkę o średnicy szczotek: 10mm i długości 40mm na jednym końcu, oraz średnicy 7,5mm i długości 40mm na drugim końcu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9
Pakiet 4.8, poz. 4.
Czy zamawiający dopuści szczoteczkę dwustronną szczotka/szczotka o średnicy włosia 5mm i długości 20mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10
Pakiet 4.8, poz. 5.
Czy Zamawiający dopuści szczotkę o średnicy włosia 5mm i długości 20mm oraz średnicy włosia 10mm i długości 30mm?Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11
Pakiet 4.8, poz. 6.
Czy Zamawiający dopuści pętle z drutu plecionego o średnicy 0,36mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12
Pakiet 4.8, poz. 8.
Czy Zamawiający dopuści szczypce współpracujące z kanałem roboczym 2,8mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13
Czy w związku z tymczasowym brakiem produkcji MARCAINE-ADRENALINE 0,5% 5 FIOL.A 20 ML ROZT. DO WSTRZ. (5 MG + 0,005 MG)/ML i brakiem odpowiednika, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w PAKIECIE NR 1.4. – LEKI w pozycji 6 (Marcaine-adrenalin (Bupivacainum) 0,5%, 20 ml x 5 fiol.) podając ostatnią cenę sprzedaży oraz informację o braku, bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę za nieterminową dostawę leku?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 14
W związku z aktualizacją normy europejskiej EN 14885 dot. wprowadzenia bardziej restrykcyjnych warunków i metodyki testowania skuteczności środków do dezynfekcji, której konsekwencją jest m.in. zmiana stężeń i czasów działania preparatów dezynfekcyjnych,

PK

prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 6.3. koncentratu posiadającego poniższe spektrum i czas działania: czas działania do 30 minut, stężenie od 0,25 do 1,5%: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M. avium), V (w tym polio, adeno, noro, polyoma SV40), spory (B. subtilis, B. cereus, C. sporogenes). Z możliwością poszerzenia o grzyby A. Niger w ciągu 60 minut w stężeniu 1%.
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15
Dot. zapisów SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
Odp. Odp. Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Pytanie 16
Dot. Pakietu nr 7.3
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny tj. szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, z glikol idu i laktydy, powlekany mieszanką glikolidu i laktydy oraz stearynianem wapnia, o okresie wchłaniania do 70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75%, po 3 tygodniach 50%, po 4 tygodniach 25%, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 17
Dot. Pakietu nr 7.4, poz. 8
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez określenia cienka, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 18
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 1.0 poz. 184 w przedmiotowym postępowaniu:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 4.1 oraz 4.9 w przedmiotowym postępowaniu:
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 42, 43, 44, 45 z pakietu 4.1 oraz pozycji 3, 12, 13 z pakietu 4.9 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

PK

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 42, 43, 44, 45 z pakietu 4.1 oraz pozycji 3, 12, 13 z pakietu 4.9 i utworzenie z niego odrębnego zadania.

Pytanie 20
Pakiet 4.1
Prosimy Zamawiającego o możliwość składania oferty na wybrane pozycje z pakietu lub wydzielenie poz.40,56-57,75,92-94,124-125,128-130,135-139,146-149,157-160 do osobnego pakietu. Z uwagi na jego wielkość, przede wszystkim jego różnorodność asortymentową i wartość zabieg taki zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody składania oferty na wybrane pozycje z pakietu lub wydzielenie poz.40,56-57,75,92-94,124-125,128-130,135-139,146-149,157-160 do osobnego pakietu.

Pytanie 21
Pakiet 4,1, poz. 92
Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 22
Pakiet 4,1, poz. 92,94
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 23
Pakiet 4,1, poz. 92,94
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie 24
Pakiet 4,1, poz. 94
Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml,

PKJ

długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 25
Pakiet 4.1, poz. 93
Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igłą biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 (objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 26
Pakiet 4.1, poz. 93
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 27
Pakiet 4.1, poz. 93
Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 28
Pakiet 4.1, poz. 93
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie 29
Pakiet 4.1, poz. 92-94
Czy zamawiający wymaga opakowanie folia papier?
Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie 30
Pakiet 4.1, poz. 124

PK

Czy zamawiający oczekuje stazę automatyczną czy jednorazową bezlateksową na roli po 25 szt. w kartoniku?
Odp. Zamawiający oczekuje stazę automatyczną

Pytanie 31
Pakiet 4.1, poz. 124
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowania po 25 szt. z przeliczeniem ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 32
Pakiet 4.1, poz. 128-129
Czy zamawiający dopuści jednostronną czytelną skalę?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 33
Pakiet 4.1, poz. 135
Czy zamawiający oczekuje szczoteczki typu prostego?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza szczoteczek typu prostego.

Pytanie 34
Pakiet 4.1, poz. 157-160
Czy zamawiający wymaga opakowanie folia papier?
Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie 35
Pakiet 5, poz. 1
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,bez wydłużenia, bez gumki z tyłu, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 36
Pakiet 5.1, poz.1
Czy zamawiający dopuści gazę w roli?
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 37
Pakiet 5.1, poz.1
Czy zamawiający dopuści gazę 13 nitkową?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 38
Pakiet 5.1, poz.1
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 mb z przeliczeniem?
Odp. Zamawiający dopuszcza

PK

Pytanie 39
Pakiet 5.1, poz. 7-8
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 40
Pakiet 5.1., poz. 9
Czy zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul o wymiarze 6 cm x 8 cm, bez dodatkowej podkładki?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 41
Pakiet 5.1, poz. 25-31
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym EO?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 42
Pakiet 5.1, poz. 19-21,25-31
Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe , 17 nitkowe?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 43
Pakiet 5.1, poz. 1-9,
Czy zamawiający wydzieli poz.1-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp. Zamawiający nie wydzieli poz.1-9 do osobnego pakietu

Pytanie 44
Pakiet 5.1, poz. 19-21,25-31
Czy zamawiający wydzieli poz.19-21,25-31 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp. Zamawiający nie wydzieli poz.19-21,25-31 do osobnego pakietu

Pytanie 45
Pakiet 5.6, poz. 10-12,15,
Czy zamawiający wydzieli poz.10-12,15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp. Zamawiający nie wydzieli poz.10-12,15 do osobnego pakietu

PK

Pytanie 46
Pakiet 5.7, poz. 4
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 47
Pakiet 5.7, poz. 4
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 48
Pakiet 5.7, poz. 4
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 49
Pakiet 5.7, poz. 3-4
Czy zamawiający wydzieli poz.3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.3-4 do osobnego pakietu

Pytanie 50
Pakiet 5.8, poz.1
Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 50 cm perf., 25 m.b.,50 sztuk w roli?
Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 51
Pakiet 5.9, poz. 5-11
Czy zamawiający wydzieli poz.5-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.5-11 do osobnego pakietu

Pytanie 52
Pakiet 5.9, poz. 5-11
Czy zamawiający oczekuje wyceny za metr w stanie rozciągniętym czy w stanie relaksacji?
Odp. Zamawiający oczekuje wyceny za metr w stanie relaksacji

Pytanie 53
Pakiet 5.9, poz. 5-11
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

PK

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.
Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.
Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie 54
Pakiet nr 4.8
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł dł. 4mm.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 55
Pakiet nr 4.8
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł 23G, dł. 4mm lub 6mm.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 56
Pakiet nr 4.8
Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek dwustronnych o średnicach 5mm/10mm.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 57
Pakiet nr 4.8
Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek dwustronnych o średnicy szczotki 5mm oraz czyścika 5mm (długość czyścika 125mm).
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 58
Pakiet nr 4.8
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli wykonanych z drutu 0,36mm.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 59
Pakiet nr 4.8
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych z cewnikiem średnicy 2,4mm.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 60
W związku ze zmianą sposobu konfekcjonowania emulsji do pielęgnacji rąk, tj. butelka 360 ml został zmieniony na butelkę 330 ml, prosimy o dopuszczenie takiej wielkości opakowania. Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować 6 op. a' 330 ml.
Odp. Zamawiający dopuszcza a' 330 ml 6 opak.

PK

Pytanie 61
Dotyczy zapisów SIWZ:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Pytanie 62
Dotyczy zapisów SIWZ:
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie 63
Dotyczy zapisów SIWZ:
Czy Zamawiający może udostępnić SIWZ w wersji edytowalnej, zwłaszcza dokumenty niezbędne do przygotowania oferty?
Odp. Zamawiający udostępnił SIWZ w wersji edytowalnej na stronie internetowej zamawiającego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pytanie 64
Dotyczy Parametry Techniczne:
Pakiet nr 6.0 – STERYLIZACJA
Poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękaw foliowo-papierowego w rozmiarze 7,5 cmx3,0cmx100 m z fałdą pozostałe wymagania bez zmian?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 65
Dotyczy Parametry Techniczne:
Pakiet nr 6.0 – STERYLIZACJA
Poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękaw foliowo-papierowego w rozmiarze 10 cmx4,0cmx100 m z fałdą pozostałe wymagania bez zmian?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 66
Dotyczy Parametry Techniczne:
Pakiet nr 6.0 – STERYLIZACJA
Poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękaw foliowo-papierowego w rozmiarze 20cmx5,0cmx100 m z fałdą pozostałe wymagania bez zmian?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę

PK

Pytanie 67
Dotyczy Parametry Techniczne:
Pakiet nr 6.0 – STERYLIZACJA
Poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękaw foliowo-papierowego w rozmiarze 25 cmx6,0cmx100 m z fałdą pozostałe wymagania bez zmian?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 68
Dotyczy Parametry Techniczne:
Pakiet nr 6.0 – STERYLIZACJA
Poz. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękaw foliowo-papierowego w rozmiarze 30 cmx6,0cmx100 m z fałdą pozostałe wymagania bez zmian?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 69
Dotyczy Parametry Techniczne:
Pakiet nr 6.0 – STERYLIZACJA
Poz. 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek papierowo foliowych pakowanych po 200 szt z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania zamawiającego tj 1 op?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 70
Dotyczy Parametry Techniczne:
Pakiet nr 6.0 – STERYLIZACJA
Poz. 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek papierowo foliowych pakowanych w rozmiarze 200x330mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 71
Dotyczy Parametry Techniczne:
Pakiet nr 6.0 – STERYLIZACJA
Poz. 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek papierowo foliowych pakowanych po 200 szt z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania zamawiającego tj 2 op?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 72
Pakiet Nr 4.8. – Akcesoria jednorazowe do endoskopii
Czy Zamawiający pozwoli na złożenie częściowej oferty na pozycje 1,2,3,4,7,10,14,25,26
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 73
Pakiet Nr 4.8. – Akcesoria jednorazowe do endoskopii
Poz. 1
Czy Zamawiający dopuści:
Igła iniekcyjna do kolonoskopii, średnica 2,3mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

PK

Odp. Zamawiający nie dopuści

Pytanie 74
Pakiet Nr 4.8. – Akcesoria jednorazowe do endoskopii
Poz. 2
Czy Zamawiający dopuści:
Szczoteczka dwustronna do kanału roboczego endoskopu, średnica szczoteczek 5mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 75
Pakiet Nr 4.8. – Akcesoria jednorazowe do endoskopii
Poz. 3
Czy Zamawiający dopuści:
Szczoteczka dwustronna do kanału roboczego i zaworków. Szczotka do zaworków – średnica 10mm, długość 40mm. Szczotka do kanału – średnica 5mm, długość 20 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 76
Pakiet Nr 4.8. – Akcesoria jednorazowe do endoskopii
Poz. 6
Czy Zamawiający dopuści:
Pętla do polipektomii na zimno z funkcją rotacji, jednorazowa, drut pleciony, 0,23mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, bezstopniowa regulacja. Cewnik 2,3mm, średnica 10mm lub 15mm, długość 230mm.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 77
Czy Zamawiający w pakiecie 4.0 pozycja 12, 13, 16 dopuści zaoferowanie cewników silikonowanych do cewnikowania pęcherza moczowego?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 78
Czy Zamawiający w pakiecie 4.0 pozycja 10, 11, 12, 13, 16 dopuści zaoferowanie cewników do cewnikowania pęcherza moczowego typu Foley?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 79
Czy Zamawiający w pakiecie 4.1 pozycja 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dopuści zaoferowanie cewników do odsysania górnych dróg oddechowych z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu pojedynczej sztuki?
Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 80
Czy Zamawiający w pakiecie 4.1 pozycja 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dopuści zaoferowanie cewników do odsysania górnych dróg oddechowych o twardości ok. 76° ShA?
Odp. Zamawiający dopuści

PK

Pytanie 81
Czy Zamawiający w pakiecie 4.1 pozycja 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 dopuści zaoferowanie wyrobów sterylnych, sterylizowanych tlenkiem etylenu (EO)?
Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 82
Czy Zamawiający w pakiecie 4.1 pozycja 14, 15, 16, 17, 18, 19 dopuści zaoferowanie cewników foley'a z balonem 5-10ml?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 83
Czy Zamawiający w pakiecie 4.1 pozycja 39 dopuści zaoferowanie elektrod 1xużytku o średnicy 54mm lub 50mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 84
Czy Zamawiający w pakiecie 4.1 pozycja 39 dopuści zaoferowanie podanie ceny za 1 op. a'50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości sztuk na ilość opakowań?
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 85
Czy Zamawiający w pakiecie 4.1 pozycja 47 dopuści zaoferowanie igieł w rozmiarze 0,5x25mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 86
Czy Zamawiający w pakiecie 4.1 pozycja 56 dopuści do zaoferowania kieliszki do lekarstw pakowane w opakowanie a'80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 87
Czy Zamawiający w pakiecie 4.1 pozycja 60 dopuści zaoferowania lusterka medycznego jednorazowego o średnicy 19mm +/- 3mm długość rączki ok. 160mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 88
Czy Zamawiający w pakiecie 4.1 pozycja 70 dopuści zaoferowanie maski Venturiego dla z dwoma wymiennymi zaworami: pierwszy dla stężeń tlenu 24%, 26%, 28%, 30% i drugi dla stężeń 35%, 40%, 50%, bez łącznika karbowanego, dren ok. 200cm, regulowany metalowy klips na nos?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 89
Czy Zamawiający w pakiecie 4.1 pozycja 92 dopuści do zaoferowania przyrząd do infuzji z komorą kroplową min. 60mm w części przezroczystej, pozostały opis bez zmian?
Odp. Zgodnie z SIWZ

PK

Pytanie 90
Czy Zamawiający w pakiecie 4.1 pozycja 95, 96, 97, 98, 99 dopuści do zaoferowania rurki z pojedynczym oznaczeniem głębokości?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 91
Czy Zamawiający w pakiecie 4.1 pozycja 106 dopuści do zaoferowania rurki guedela rozmiar 3 o długości 100mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 92
Czy Zamawiający w pakiecie 4.1 pozycja 146 dopuści do zaoferowania utrwalacz cytologiczny w sprayu o pojemności 150ml?
Odp. Zamawiający pojemność 150ml dopuszcza po przeliczeniu ilości.

Pytanie 93
Czy Zamawiający w pakiecie 4.1 pozycja 157, 158, 159, 160 dopuści do zaoferowania wzierniki ginekologiczne pakowane w opakowanie a'100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?
Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 94
Czy Zamawiający w pakiecie 4.1 pozycja 161 dopuści do zastawki dostępu bezigłowego z możliwością używania powyżej 100 podań?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 95
Czy Zamawiający w pakiecie 4.4 pozycja 3 wymaga zaoferowania kaniuli 20G w 2 długościach tzn. 25mm i 33mm?
Odp. Tak, po 150 sztuk.

Pytanie 96
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5.2.; pozycje: 1, 2 3): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.
Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie 97
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5.2.; pozycje: 1, 2 3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty wyposażone są w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 98

PK

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5.2.; pozycja: 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 99
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5.2.; pozycje: 1, 2 3): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry, EDS lub inny), który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 100
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5.2.; pozycja 1): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2300g?
Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie 101
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5.2.; pozycje: 2,3): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2600g?
Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie 102
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5.2.; pozycja 3): pieluchomajtki dla dorosłych o rekomendowanym minimalnym obwodzie 120cm i maksymalnym 170cm?
Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 103
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma" posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?
Odp. Oczekuje, nie wymaga.

Pytanie 104

PK

Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma" do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?
Odp. Oczekuje, nie wymaga.

Pytanie 105
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma", które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?
Odp. Oczekuje, nie wymaga.

Pytanie 106
W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma" ?
Odp. Oczekuje, nie wymaga.

Pytanie 107
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?
Odp. Oczekuje, nie wymaga.

Pytanie 108
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.
Odp. Nie.

Pytanie 109
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Odp. Oczekuje, nie wymaga.

Pytanie 110
Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu **wyrobów medycznych**, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zama-

PK

wiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma", które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.
Odp. Zamawiający, nie będzie wymagał.

Pytanie 111
Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma", które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu **wyrobów medycznych**, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.
Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 112
Czy zamawiający dopuści w pakiecie PAKIET NR 1.0 - LEKI GRUPA PODSTAWOWA poz. 243 wycenę Trilacu produktu leczniczego spełniającego te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 113
Pakiet nr 5.1
Czy w poz. 32 Czy Zamawiający dopuści tupfery z nitka RTG, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 114
Pakiet nr 5.1
Czy w poz. 45 Czy Zamawiający dopuści superchłonny kompres z superabsorbentem w postaci pulpy celulozowej w rozmiarze 10x15cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 115
Pakiet nr 5.2
Czy w poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 75-110 cm? Jak obecnie używane
Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 116

PK

Pakiet nr 5.2
Czy w poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 100-150 cm? Jak obecnie używane
Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 117
Pakiet nr 5.2
Czy w poz. 3 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 130-170 cm? Jak obecnie używane
Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 118
Pakiet nr 5.6
Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści zestaw laparoskopowy posiadający serwetę wykonaną z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o wymiarach 300x240 cm **?**
Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 119
Pakiet nr 6.0
Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści rękaw foliowo-papierowy o wymiarach 10cm x 4cm x 100m z fałdą, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? Jak obecnie używane.
Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 120
Pakiet nr 6.0
Czy w poz. 4 Zamawiający dopuści rękaw foliowo-papierowy o wymiarach 20cm x 5cm x 100m z fałdą, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? Jak obecnie używane.
Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 121
Pakiet nr 6.0
Czy w poz. 5 Zamawiający dopuści rękaw foliowo-papierowy o wymiarach 25cm x 6cm x 100m z fałdą, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? Jak obecnie używane.
Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 122
Pakiet nr 6.0
Czy w poz. 6 nie doszło do omyłki pisarskiej rękaw papierowo-foliowy zgodny z norma EN968?
Odp. Zamawiający przyznaje, że doszło do omyłki pisarskiej, powinno być 868

Pytanie 123
Czy w poz. 1-12 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów, dla których zalecana temperatura zgrzewu wynosi 180 – 220 *C? Jak obecnie używane.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 124

PK

Dotyczy treści wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w §1 ust. 13 słowo „opóźnienia" zostało zastąpione słowem „zwłoki"?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 125
Dotyczy treści wzoru umowy:
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 126
Pakiet nr 5.3
Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Potwierdzenie parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Instrukcja stanowi również dokument, który obowiązkowo należy przedłożyć w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Odp. Zamawiający, nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 127
Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający oczekuje, aby gąbki hemostatyczne osiągały efekt hemostazy w ciągu 3-6 minut?
Odp. Zamawiajacy nie oczekuje, ale dopuszcza.

Pytanie 128
Dotyczy SIWZ
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wzorów formularzy w wersji edytowalnej.
Odp. Zamawiający udostępnił na stronie wzory formularzy w wersji edytowalnej

Pytanie 129
do wszystkich pakietów
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach jednostkowych (innych niż w formularzu cenowym) pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie tożsama z podaną przez Zamawiającego w formularzu?
Proszę o informację, czy jeśli ogólna ilość sztuk nie jest podzielna przez wielkość opakowania, czy Zamawiający dopuszcza wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.?
Odp. Zamawiający dopuszcza różne wielkości opakowań po przeliczeniu do drugiego miejsca po przecinku

Pytanie 130

PL

do wszystkich pakietów
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj.
ampułek zamiast fiolek i odwrotnie?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 131
do wszystkich pakietów
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych ?
tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane?
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki lub drażetki?
zamiast kapsułek-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych lub kapsułek) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki, tabletki powl. Lub kapsułki) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?
(Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.)
Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 132
pakiet nr 1.0 -leki grupa podstawowa
Poz. Nr 185-glukonolaktobian wapnia10 amp 10 ml,10%(9 mg jonów wapnia)- Brak produkcji. Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość zaoferowania dostępnego produktu typu Calciosel, 10%, roztw.do wstrz., 10 ml, 5 amp w ilości 40 op.
Odp. Zamawiający prosi o zaoferowania produktu typu Calciosel

Pytanie 133
pakiet nr 1.0 -leki grupa podstawowa
Poz. Nr 168 -Czy zamawiający wymaga aby w poz. Nr 168 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?
Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie 134
pakiet nr 1.0 -leki grupa podstawowa
Poz. Nr 168 -Czy zamawiający wymaga aby w pozycji nr 168 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie 135
pakiet nr 1.0 -leki grupa podstawowa
Poz. Nr 20,517,518,327,481,336,341.–brak produkcji, brak zamiennika, bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny i umieszczenie uwagi pod pakietem o jego braku.
Odp. Zamawiający dopuszcza wpisanie ostatniej ceny i umieszczenie uwagi pod pakietem o braku produkcji leków poz. Nr 20,517,518,327,481,336,341

Pytanie 136

PK

pakiet nr 1.0 -leki grupa podstawowa
Poz. Nr 448-STREPTOMYCIN FIOL. prosimy o zgodę na zaoferowanie dostępnego leku typu Streptomisin,1g,prosz.rozp.d/sp.rozt.d/wst,1f(s.s)+1amp.rozp
Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 137
pakiet nr 1.0 -leki grupa podstawowa
Poz. Nr 461-Terlipresyna 1mg/8,5ml*5amp.- prosimy o zgodę na zaoferowanie leku typu Terlipressini acetas EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f celem zaoferowania bardzo korzystnej ofert cenowej.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 138
pakiet nr 1.0 -leki grupa podstawowa
Poz. Nr 539 **Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 1.0, pozycja nr 539 i utworzy z nich odrębną część zamówienia?** Wskazujemy, że wymienione produkty mogą nie posiadać oznakowania lub instrukcji używania w języku polskim a jedynie w języku angielskim. Zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679 ze zm. – nowelizacja obowiązująca od dnia 20 lutego 2016 roku, art.14 ust.2), dostarczanie wyrobów medycznych bez oznakowania lub instrukcji w języku polskim będzie się wiązało się z koniecznością podpisania specjalnej zgody (w formie oświadczenia) przez świadczeniodawcę. W związku z powyższym wskazujemy, iż wydzielenie ww. produktów może spowodować zmniejszenie formalności po stronie Zamawiającego, pewne ułatwienie dla niektórych wykonawców jak również zwiększenie konkurencyjności składanych ofert.
Jednocześnie wskazujemy, iż w przypadku nie wydzielenia ww. pozycji, Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje konieczność złożenia oświadczenia potwierdzającego, że dostarczane wyroby medyczne mogą mieć oznakowanie i instrukcje używania w języku angielskim (zgodnie art. 14 ust. 2 ustawy dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych w brzmieniu: *„dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim (...)”.*
Odp. Zamawiający nie wydzieli i nie utworzy.

Pytanie 139
Czy w PAKIET NR 1.0 – LEKI GRUPA PODSTAWOWA poz. 168 (Fortrans (Macrogolum 4000) 74g x 48 saszetek)
Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Moviprep x 4 sasz. I po przeliczeniu zaoferowanie 24 opakowań?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 140
Proszę o wydzielenie poz. 168 z PAKIET NR 1.0 – LEKI GRUPA PODSTAWOWA i utworzenie osobnego zadania?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i utworzenie osobnego zadania.

Pytanie 141

PK

Pakiet nr 5.1
Prosimy Zamawiającego o możliwość składania oferty na wybrane pozycje z pakietu. Z uwagi na jego wielkość , przede wszystkim jego różnorodność asortymentowa i wartość zabieg taki zwiększy konkurencyjność postepowania umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielania tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 142
Pakiet 5.1 poz. 9,10
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.
Odp. Zamawiający nie wydzieli

Pytanie 143
Pakiet 5.1 poz.9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku do mocowania kaniul pakowanego po 50szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 144
Pakiet 5.1 poz.10
Czy Zamawiający wymaga przylepca na tkaninie bawełnianej?
Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie 145
Pakiet 5.1 poz. 14-18
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.
Odp. Zamawiający nie wydzieli

Pytanie 146
Pakiet 5.1 poz. 14-18
Czy Zamawiający wymaga aby opatrunki były sterylizowane radiacyjnie, gdyż zapewnia to utrzymanie parametrów opatrunku przed i po sterylizacji?
Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie 147
Pakiet 5.1 poz.14-18
Czy Zamawiający wymaga aby w/w opatrunki posiadały zaokrąglone brzegi?
Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie 148

PK

Pakiet 5.1 poz.14
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku włókninowego chirurgicznego w rozmiarze 5x7,5cm zamiast 5x7,2cm.
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 149
Pakiet 5.1 poz.15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku włókninowego chirurgicznego w rozmiarze 10x10cm zamiast 10x6cm.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 150
Pakiet 5.1 poz.15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku włókninowego chirurgicznego w rozmiarze 10x30cm zamiast 10x35cm.
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 151
Pakiet 5.1 poz14,15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku pakowanego po 10szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.
Odp. zamawiający dopuszcza

Pytanie 152
Pakiet 5.1 poz14,15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku pakowanego po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.
Odp. zamawiający dopuszcza

Pytanie 153
Pakiet 6.8 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji gazików do dezynfekcji skóry, włókninowych, nasączonych 70% alkoholem izopropylowym, który posiada bardzo dobre właściwości odkażające, rozmiar gazika 65x30mm, pakowane po 100szt/op, sterylne.
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 154
Pakiet 6.8 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym, włókninowych, rozmiar 65x30mm.
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 155
Pakiet 6.8 poz.1
Czy Zamawiający wymaga aby w/w gaziki były sterylne?
Odp. Zamawiający wymaga

Pytanie 156

PK

Pakiet 6.8 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 157
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Pakiet nr 5.1 – Opatrunki:
Poz. 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej zgodnej z opisem, ale pakowanej z jedną zapinką?
Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 158
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Pakiet nr 5.1 – Opatrunki:
Poz. 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku zgodnego z opisem, ale pokrytego hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku?
Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 159
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Pakiet nr 5.1 – Opatrunki:
Poz. 19, 20, 21 – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji kompresów gazowych niejałowych w przypadku, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasyfikacji?
Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego. Co oznacza, że wyrób medyczny, który zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ma klasę IIa reg. 7 może zostać zakwalifikowany do klasy I reg.4. Nie wynika to ze zmiany jego parametrów technicznych czy jakościowych, bo te pozostaną bez zmian, lecz podejścia producenta do procesu sklasyfikowania wyrobów gazowych niesterylnych, jako produktów nie będących już wyrobem inwazyjnym do procedur tzw. „wysokiego ryzyka".
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zmian postanowień umowy w § 4 ust. 1 poprzez dodanie poniższego zapisu: *"Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany klasy wyrobu medycznego w przypadku, gdy producent wyrobu medycznego, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasy tego wyrobu medycznego."*
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 160

PK

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Pakiet nr 5.1 – Opatrunki:
Poz. 22 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów zgodnych z opisem, ale **12 warstwowych**?
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 161
Poz. 32 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych tupferków „fasolek" z nitką rtg, pakowanych a' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry techniczne zachowane.
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 162
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1.0 poz. 243 w przedmiotowym postępowaniu:
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu przeznaczonego do stosowania w trakcie antybiotykoterapii?
Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 163
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1.0 poz. 536, 537 i 538 w przedmiotowym postępowaniu:
Czy Zamawiający wymaga aby w w/w pozycjach Pakietu nr 1.0 (536, 537 i 538) zaoferować paski testowe z zakresem HCT wynoszącym 20-60%?
Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 164
Pakiet 4.5 poz. 19, 20, 21
Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:
a) kształt uniwersalny tj. pasujące na lewą i prawą dłoń, z odstąpieniem od anatomicznie dopasowane tj. zróżnicowane na prawą i lewą dłoń;
b) grubość na palcu min. 0,09 mm;

Jednocześnie w nawiązaniu do nowych przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normami EN 455, EN 420, EN ISO 374-1:2016/Type B, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu.
Zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej III.
W przypadku wyrażenia zgody na powyższe zmiany, prosimy o utworzenie odrębnego pakietu dla tych pozycji
Odp. Zamawiający dopuszcza, Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie odrębnego pakietu dla tych pozycji.

Pytanie 165
Pakiet 4.5. pozycja 1, 2, 3
Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe o grubości na palcu 0,11mm +/-0,02?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PK

Pytanie 166
Pakiet 4.5. pozycja 1, 2, 3
Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe o minimalnej sile zrywu 6N?
Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 167
Pakiet 4.5. pozycja 4, 5, 6
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11 mm +/-0,02?
Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 168
Pakiet 4.5. pozycja 4, 5, 6
Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein ≤ 50 mg/g?
Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 169
Pakiet 4.5. pozycja 4, 5, 6
Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe o minimalnej sile zrywu 6N?
Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 170
Pakiet 4.5. pozycja 7, 8, 9, 10, 11
Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein ≤ 89 mg/g?
Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 171
Pakiet 4.5. pozycja 7, 8, 9, 10, 11
Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe o grubości na palcu 0,16 mm +/- 0,02?
Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 172
Pakiet 4.5. pozycja 16, 17, 18
Czy Zamawiający dopuści rękawice neoprenowe o grubości na palcu 0,20 mm +/- 0,02?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 173
Pakiet 4.5. pozycja 19, 20, 21
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o grubości na palcu 0,08 mm +/- 0,01?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 174
Pakiet 4.5. pozycja 19, 20, 21
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o grubości na palcu 0,12 mm +/- 0,02?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 175
Pakiet 4.5. pozycja 24, 25
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o długości min. 290 mm?
Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

PK

Pytanie 176
Pakiet 4.5. pozycja 24, 25
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o grubości na palcu 0,16 mm +/- 0,02, na dłoni 0,09 mm +/- 0,02, na mankiecie 0,08 mm +/- 0,02?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 177
Pakiet 4.5. pozycja 24, 25
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o grubości na palcu 0,17 mm +/- 0,02, na dłoni 0,14 mm +/-0,02, na mankiecie 0,10 mm +/- 0,02?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 178
Pakiet 5.1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100m z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 179
Pakiet 5.1, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 180
Pakiet 5.1, pozycja 22
Czy Zamawiający dopuści kompresy 12-warstwowe?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 181
Pakiet 5.1, pozycja 29, 31
Czy Zamawiający dopuści kompresy 16-warstwowe?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 182
Pakiet 5.1, pozycja 46
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 183
Pakiet 5.6, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści fartuch z paskiem do zawiązywania w talii o długości 170cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 184
Pakiet 5.6, pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'2 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

PK

Pytanie 185
Pakiet 5.7, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści prześcieradła z perforacją?
Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 186
Pakiet 5.9, pozycja 5-11
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10m z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 187
Pakiet nr 7.1 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 188
Pakiet nr 7.1 pozycja 1,2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 189
Pakiet 7.3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłanialnych, syntetycznych, plecionych z kwasu poliglikolowego powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o okresie wchłaniania 60-90 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego ok.70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach od zaimplantowania?
Odp.Zgodnie z SIWZ

Pytanie 190
Pakiet 7.3 pozycja 4-6, 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej?
Odp.Zgodnie z SIWZ

Pytanie 191
Pakiet 7.3 pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?
Odp.Zgodnie z SIWZ

Pytanie 192
Pakiet 7.4 pozycja 1 – 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów plecionych, syntetycznych, wchłanialnych, 100% kwas poliglikolowy, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, w kolorze fioletowym, okres wchłaniania 60-90dni, okres podtrzymywania tkankowego 21-28 dni, ?
Odp.Zgodnie z SIWZ

Pytanie 193
Pakiet 7.4 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej?
Odp.Zgodnie z SIWZ

Pytanie 194
Pakiet 7.4 pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej o długości 48 lub 76mm?
Odp.Zgodnie z SIWZ

PKJ

Pytanie 195

Pakiet nr 1.0, pozycja nr 537

Informujemy że glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy EN IS0 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowego będą musiały ją spełniać. W związku z powyższym we wszystkich postepowaniach, w których umowa nie zakończy się przed 01.07.17r zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo:

a) glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015?

b) dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną?

c) potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim?

Odp. Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie 196

Pakiet nr 1.0, pozycja nr 537

Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują **BEZPOŚREDNIO WYTWÓRCĘ** wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odp. Zamawiający nie wyamag, dopuszcza.

Pytanie 197

Pakiet nr 1.0, pozycja nr 537

PKJ

Czy Zamawiający dopuści glukometr z hematokrytem mieszczącym się ze swoim zakresem w nowej normie ISO 15197:2015?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 198

Pakiet nr 1.0, pozycja nr 537

Czy Zamawiający wymaga glukometr, którego pamięć wynosi co najmniej 600 ostatnich pomiarów?

Odp. Zamawiający nie wyamaga, dopuści.

Pytanie 199

Pakiet nr 1.0, pozycja nr 537

Czy Zamawiający wymaga płynów kontrolnych ważnych 6 miesięcy po otwarciu?

Odp. Zamawiający nie wymaga, dopuści.

Pytanie 200

Pakiet nr 1.0, pozycja nr 537

Czy Zamawiający wymaga glukometru oraz pasków, które to współpracują z 5 nieodpłatnymi aplikacjami dla personelu medycznego oraz pacjentów?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 201

Pakiet nr 1.0, pozycja nr 537

Czy Zamawiający wymaga glukometru z funkcją bluetooth, która umożliwia przesyłanie danych do systemu szpitalnego?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 202

Pakiet nr 1.0, pozycja nr 537

Czy Zamawiający wymaga glukometr z podświetlaną szczeliną paskową oraz z podświetlonym ekranem?

PL

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 203

Pakiet nr 4.8 – Akcesoria jednorazowe do endoskopii
Poz. 2
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę jednorazową dwustronną do kanału roboczego endoskopu 2,8 mm, cewnik o średnicy 1,8 mm, długość 230 cm, średnica szczoteczki 5 mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 204
Pakiet nr 4.8 – Akcesoria jednorazowe do endoskopii
Poz. 3
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę jednorazową dwustronną do kanału roboczego endoskopu 2,8 mm, cewnik o średnicy 1,8 mm, długość 230 cm, średnica szczoteczki 5 mm; Szczotka do zaworków – dwustronna, jednorazowa, średnica 11 mm i 5 mm, długość 15,5 cm?
Odp.Zgodnie z SIWZ

Pytanie 205
Pakiet nr 4.8 – Akcesoria jednorazowe do endoskopii
Poz. 4
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę jednorazową dwustronną do kanału roboczego endoskopu 2,8 mm, cewnik o średnicy 1,8 mm, długość 230 cm, średnica szczoteczki 5 mm?
Odp.Zgodnie z SIWZ

Pytanie 206
Pakiet nr 4.8 – Akcesoria jednorazowe do endoskopii
Poz. 5
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę jednorazową dwustronną, do kanału roboczego 2,8 mm, długość 230 cm, 1 główka średnica włosia 10 mm, druga główka średnica włosia 5 mm, średnica cewnika 2,4 mm?
Odp.Zgodnie z SIWZ

Pytanie 207
Pakiet nr 4.8 – Akcesoria jednorazowe do endoskopii
Poz. 6
Czy Zamawiający dopuści pętle jednorazową do polipektomii z funkcją rotacji, zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, bezstopniowa regulacja. Średnica cewnika 2,4 mm, średnica pętli 20 mm, długość 230 cm?
Odp.Zgodnie z SIWZ

Pytanie 208
Pakiet nr 4.8 – Akcesoria jednorazowe do endoskopii
Poz. 8
Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowe do gastrokopii i kolonoskopii, łyżeczki owalne, zintegrowany uchwyt, średnica zewnętrzna 2,4 mm, długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm?
Odp.Zgodnie z SIWZ

PL

Pytanie 209
Pakiet 6.3 poz.1, 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Preparatu do manualnego mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych o szerokiej kompatybilności materiałowej zarówno wobec metali , tworzyw sztucznych, gumy, porcelanyjak i szkła. Może być stosowany w myjniach ultradźwiękowych. Zawiera inhibitory korozji, Nie zawiera aldehydów i fenoli. Zawierajcy w składzie: chlorek didecylodimetyloamoniowy, chlorek benzyloalkilodimetylowy, N-(3-aminopropylo)-N dodecylopropano-1,3-diaminy. Działa bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo wobec BVDV oraz wirusa vaccinia. Skutecznoć mikrobiologiczna:bakteriobójcza (w tym MRSA), BVDV w stęŻeniu 0,25% w czasie do 15 min, prątkobójczo, (M.terrae,M.avium), grzybobójczo, vaccina stężenie do 1% w czasie do 15 min. Opakowanie 1l z dozownikiem przelewowym (poz.1) , oraz 5 L (poz.2). Wyrób medyczny
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 210
Pakiet 6.4 poz.1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łagodnie zasadowego produktu do maszynowego mycia na bazie związków powierzchniowo czynnych i enzymów (koncentrat w płynie nie zawiera krzemianów) służącego do uniwersalnego czyszczenia instrumentów medycznych i przyborów. Oferowany przez nas produkt charakteryzuje doskonała kompatybilność materiałowa (także wobec materiałów wyjątkowo wrażliwych takich jak aluminium czy metale kolorowe), a współczynnik pH>10 roztworu roboczego ogranicza do minimum ryzyko vCJK. Produkt ma w szczególności zastosowanie do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i mikro chirurgicznych w tym także narzędzi stosowanych w robotyce, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosownych w okulistce, giętkich i sztywnych endoskopów, kontenerów i innych narzędzi przygotowywanych powszechnie w centralnych sterylizatorniach. Wyjątkową skuteczność mycia zawdzięcza kombinacji innowacyjnego zestawu substancji powierzchniowo czynnych z enzymami o wysokiej efektywności. Temperatura mycia standardowa: 55°C,10 minut, pH ok. 11. Oryginalne opakowanie a 5L Wyrób medyczny.
Odp. Zamawiający dopuszcza tylko preparaty do posiadanej myjni zalecane przez producenta myjni, która jest obecnie w okresie gwarancyjnym.

Pytanie 211
Pakiet 6.4 poz.3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu neutralizującego, do przygotowania do ponownego użycia narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, zawierającego kwas cytrynowy. Preparat przystosowany jest do neutralizacji po alkaicznym myciu narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, kontenerów ze stali szlachetnej, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych oraz butelek niemowlęcych, co pozwala zapobiegać przenoszeniu pozostałości alkaliów. pH ok. 2. Oferowany przez nas preparat należy stosować w następujących stężeniach:
po wcześniejszym czyszczeniu w alkaliach: 0,1-0,2 % tzn. 1-2 g/L,
po wcześniejszym czyszczeniu w środowisku obojętnym: 0,1 % tzn. 1 g/L.
Preparat w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach a 5kg.
Czy do wyliczeń przyjąć 1L = 1kg?
Wyrób medyczny.
Odp.Zamawiający dopuszcza tylko preparaty do posiadanej myjni zalecane przez producenta myjni, która jest obecnie w okresie gwarancyjnym.

PK

Pytanie 212
Pakiet 6.4 poz.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do płukania po dezynfekcji chemiczno-termicznej narzędzi chirurgicznych, stelaży łóżek, wózków transportowych, kontenerów, stolików nocnych, stołów operacyjnych za pomocą powszechnie stosowanych myjni, pH ok. 7, zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu. Produkt nie pieni się. Produkt zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne, solubilizatory, inhibitory korozji, regulatory pH.
Stężenie użytkowe preparatu- do chemiczno-termicznego przygotowania łóżek, kontenerów 0,1-0,2% (1-2 g/l)
- do płukania przy termicznym przygotowaniu narzędzi 0,02 - 0,05% (0,2 - 0,5 g/l)
Preparat w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach a 5kg.
Wyrób medyczny.
Odp.Zamawiający dopuszcza tylko preparaty do posiadanej myjni zalecane przez producenta myjni, która jest obecnie w okresie gwarancyjnym.

Pytanie 213
Pakiet 6.4 poz.4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łagodnie zasadowego produktu do maszynowego mycia na bazie związków powierzchniowo czynnych i enzymów (koncentrat w płynie nie zawiera krzemianów) służącego do uniwersalnego czyszczenia instrumentów medycznych i przyborów. Oferowany przez nas produkt charakteryzuje doskonała kompatybilność materiałowa (także wobec materiałów wyjątkowo wrażliwych takich jak aluminium czy metale kolorowe), a współczynnik pH>10 roztworu roboczego ogranicza do minimum ryzyko vCJK. Produkt ma w szczególności zastosowanie do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i mikro chirurgicznych w tym także narzędzi stosowanych w robotyce, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosownych w okulistce, giętkich i sztywnych endoskopów, kontenerów i innych narzędzi przygotowywanych powszechnie w centralnych sterylizatorniach. Wyjątkową skuteczność mycia zawdzięcza kombinacji innowacyjnego zestawu substancji powierzchniowo czynnych z enzymami o wysokiej efektywności. Temperatura mycia standardowa: 55°C,10 minut, pH ok. 11. Oryginalne opakowanie a 5L Wyrób medyczny.
Odp.Zamawiający dopuszcza tylko preparaty do posiadanej myjni zalecane przez producenta myjni, która jest obecnie w okresie gwarancyjnym.

Pytanie 214
Pakiet 6.5 poz.3
Czy Zamawiający dopuści preparat o działaniu dekontaminującym. Opakowanie a 500 ml. Kosmetyk.
Odp.Zamawiający dopuści.

Pytanie 215
Pakiet 6.7 poz.1
Prosimy o dopuszczenie preparatu odkażającego i wspomagającego leczenie małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi; wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych; wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych

PK

w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego; w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego); do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej); ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej; w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołędzi prącia mężczyzny. Opakowanie a 250 ml z atomizerem. Produkt leczniczy

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 216
Pakiet 6.7 poz 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w płynie, gotowego do użycia, szybko i skuteczne oczyszczającego rany, docierającego w trudno dostępne obszary rany (kieszonki, wgłębienia), usuwającego skrzepy składające się z biofilmu bakteryjnego, powłok fibrynowych i zne-krotyzowanej tkanki, nawilżajacego ranę i wytworzajacego idealne warunki dla jej gojenia, utrzymują-cego wilgoć opatrunków, zapewniającego bezbolesne i delikatne zdejmowanie opatrunków przy-schniętych lub pokrytych skrzepem, preparatu na bazie octenidyny. Preparat nie powoduje podrażnienia ani uczulenia. Jego użycie jest bezbolesne i nietoksyczne w sto-sunku do tkanki. Wyrób medyczny, opakowania a 350ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 217
Pakiet 6.7 poz 1
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu zarejestrowanego jako produkt leczniczy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie klasyfikacji produktów z pogranicza tylko produkty lecznicze mogą być stosowane zgodnie z prawem do odkażania ran i błon śluzowych. Tylko produkty lecznicze posiadają potwierdzone klinicznie działanie odkażające.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 218
Pakiet 6.7 poz 1
Czy zamawiający dopuści produkt niesterylny? Zgodnie z wymogiem Farmakopea Europejska 01/2008:0922– produkty stosowane do płukania dużych, głębokich ran muszą być sterylne.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 219
Pakiet 6.7 poz 1
Czy Zamawiający dopuści produkt, który nie wykazuje skuteczności bójczej pod wpływem wysięku w ranie?
Odp.Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 220
Pakiet 6.7 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie preparatu odkażającego i wspomagającego leczenie małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi; wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach –

PK

np. szwów pozabiegowych; wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego; w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego); do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej); ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej; w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołędzi prącia mężczyzny. Opakowanie a 1L. Produkt leczniczy

Odp.Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 221
Pakiet 6.7 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w płynie, gotowego do użycia, szybko i skuteczne oczyszczającego rany, docierającego w trudno dostępne obszary rany (kieszonki, wgłębienia), usuwającego skrzepy składające się z biofilmu bakteryjnego, powłok fibrynowych i zne-krotyzowanej tkanki, nawilżajacego ranę i wytworzajacego idealne warunki dla jej gojenia, utrzymują-cego wilgoć opatrunków, zapewniającego bezbolesne i delikatne zdejmowanie opatrunków przy-schniętych lub pokrytych skrzepem, preparatu na bazie octenidyny. Preparat nie powoduje podrażnienia ani uczulenia. Jego użycie jest bezbolesne i nietoksyczne w sto-sunku do tkanki. Wyrób medyczny, opakowania a 350ml z odpowiednim przeliczeniem opakowań

Odp.Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 222
Pakiet 6.7 poz 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu zarejestrowanego jako produkt leczniczy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie klasyfikacji produktów z pogranicza tylko produkty lecznicze mogą być stosowane zgodnie z prawem do odkażania ran i błon śluzowych. Tylko produkty lecznicze posiadają potwierdzone klinicznie działanie odkażające.

Odp.Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 223
Pakiet 6.7 poz 2

Czy zamawiający dopuści produkt niesterylny? Zgodnie z wymogiem Farmakopea Europejska 01/2008:0922– produkty stosowane do płukania dużych, głębokich ran muszą być sterylne.

Odp.Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 224
Pakiet 6.7 poz 2

Czy Zamawiający dopuści produkt, który nie wykazuje skuteczności bójczej pod wpływem wysięku w ranie?

Odp.Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 225
Pakiet 6.7 poz. 3

PK

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci żelu, przeznaczonego do nawilżania i oczyszczania skolonizowanych, skontaminowanych i zakażonych ran przewlekłych z pozostałości tkanek martwiczych, biofilmu oraz resztek po opatrunkach, preparatu na bazie octenidyny. Oferowany przez nas preparat efektywnie nawilża, dekontaminuje i oczyszcza ranę, ułatwia zmianę opatrunków na ranach, tworzy idealne warunki dla procesu gojenia się rany, wspierając naturalne pro-cesy naprawcze, zawiera octenidynę – substancję inaktywującą patogeny. Aplikacja jest bezbolesna aplikacja oraz preparat jest doskonale tolerowany przez ranę, błony śluzowe i skórę. Opakowanie a 250 ml Wyrób medyczny.
Odp.Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 226
Pakiet nr 5.1 – Opatrunki:
Poz. 34-38 – opaski gipsowe – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opaski gipsowej której czas zanurzenia w wodzie (czas aktywacji) wynosi do 3 sekund?
Odp.Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga.

Pytanie 227
Pakiet nr 5.1 – Opatrunki:
Poz. 34-38- opaski gipsowe – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opaski gipsowej nawiniętej na tekturowy trzpień, co znacznie ułatwia jej modelowanie?
Odp.Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga.

Pytanie 228
Dotyczy zadania 4.5 poz. 6
Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o doprecyzowanie czy w powyższej pozycji nie doszło do omyłki pisarskiej w kolumnie jednostka ? Czy zamiast szt. nie powinno być op. ?
Odp. Omyłka pisarska powinno być opakowań(op).

Pytanie 229
Dotyczy zadania 4.5 poz. 19--21
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie.
Odp.Zamawiający dopuści.

Pytanie 230
Dotyczy zadania 4.5 poz. 24-25
Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o doprecyzowanie czy w powyższej pozycji nie doszło do omyłki pisarskiej w kolumnie jednostka ? Czy zamiast par nie powinno być op. ?
Odp. Nie doszło do omyłki pisarskiej, jest prawidłowo-par.

Pytanie 231
Dotyczy pakiet nr 5.6 – obłożenia, ubrania poz. 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów laparoskopowych zawierających w swoim składzie:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm, o gram. 30g, folia PE 0,050mm,
- 1 serweta o wymiarach 250/180x310cm z samoprzylepnym oknem 28x30x24cm, po dwóch stronach okna wzmocnienia o wym. 16x50cm z 8 uchwytami (otworami) na

PK

przewody i dwiema zintegrowanymi przezroczystymi podwójnymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 232
Dotyczy pakiet nr 5.6 – obłożenia, ubrania poz. 6
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie osłony na kończynę w rozmiarze 35x125cm - mierzone na płasko (po obwodzie 70 cm na 125cm) pakowanej pojedynczo z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.
Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 233
Dotyczy pakiet nr 5.6 – obłożenia, ubrania poz. 14
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie koszul wiązanych na szyi i na plecach, operacyjna dla pacjentów, rozmiar uniwersalny.
Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 234
Dotyczy pakiet nr 5.6 – obłożenia, ubrania poz. 21
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwet wykonanych z laminatu folii PE i włókniny PP o wysokiej gramaturze 62 g/m2, jałowa nieprzylepna. Pozostałe zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 235
Dotyczy pakiet nr 5.6 – obłożenia, ubrania poz. 22
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwet w rozmiarze 50x50cm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 236
Pakiet 1.0, pozycja 498
W związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączane łączniki przejściowe, tzw „transition". Było to jednak rozwiązanie czasowe i zestawy z dodatkowymi łącznikami EnLock nie są już produkowane. Dlatego prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów bez nasadek i adapterów przejściowych na system EnLock.
Odp. Zamawiający dopuści.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ustrzykach Dolnych
mgr Maria Słota

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
ds. Zamówień Publicznych
Patrycja Karska