

Szczebrzeszyn, dnia 21.02.2020 r

Zamawiający

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ**
.....22-460.....SZCZEBRZESZYN
ul. Dr Z. Klukowskiego 3
NIP 922-22-32-354 REGON 950367239
(nazwa i adres Zamawiającego)
pow. Zamość, woj. lubelskie

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr SP ZOZ DA 0510-2/2020**

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ PAKIET 4.1.

Nazwa zamówienia: Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków dezynfekcyjnych.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie, działając na mocy art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, o unieważnieniu postępowania w części obejmującej pakiet 4.1.

Podstawą unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI

Zamawiający zawiadamia, że z postępowania nie zostali wykluczeni wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy -----

Uzasadnienie faktyczne i prawne-----.....

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu zostały odrzucone oferty Wykonawców:

Pakiet Nr 4.1

1. Wykonawca: Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

Wartość pakietu: 61563,15 zł

Powody odrzucenia oferty: niezgodność przedmiotu zamówienia z siwz

Uzasadnienie faktyczne i prawne : Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp polega na niezgodności zobowiązania, które wykonawca wyraża w swojej ofercie i przez jej złożenie na siebie przyjmuje, z zakresem zobowiązania, które zamawiający opisał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i którego przyjęcia oczekuje. W toku prowadzonego postępowania przetargowego nr SP ZOZ DA 0510-2/2020 zostały zadane pytania na podstawie art. 38 Pzp o wyjaśnienie treści SIWZ.

„Pytanie 88

Czy Zamawiający w pakiecie 4.1 pozycja 70 dopuści zaoferowanie maski Venturiego dla z dwoma wymiennymi zaworami: pierwszy dla stężeń tlenu 24%, 26%, 28%, 30% i drugi dla stężeń 35%, 40%, 50%, bez łącznika karbowanego, dren ok. 200cm, regulowany metalowy klips na nos?

Odp. Zgodnie z SIWZ”

Wykonawca Bialmed Sp. z o.o. zaoferował, produkt nie spełniający parametrów z SIWZ. Dren poniżej +/- 215 nie został dopuszczony.

Pytanie nr 16 z II części pytań:

„PAKIET NR 4.1. - SPRZĘT MEDYCZNY Poz. 48-53 Prosimy o potwierdzenie, że analogicznie do poz. 46-47 oferowane igły powinny być polerowane ultradźwiękami.

Odp. Zamawiający potwierdza.”

Wykonawca Bialmed Sp. z o.o. zaoferował, produkt nie spełniający parametrów z SIWZ, zaoferowane igły nie są polerowane ultradźwiękami.

2. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR sp. z o.o. Sp.k., ul.

Strefowa 22 43-100 Tychy.

Wartość pakietu: 62 660,99 zł

Powody odrzucenia oferty: niezgodność przedmiotu zamówienia z siwz

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp polega na niezgodności zobowiązania, które wykonawca wyraża w swojej ofercie i przez jej złożenie na siebie przyjmuje, z zakresem zobowiązania, które zamawiający opisał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i którego przyjęcia oczekuje. W toku prowadzonego postępowania przetargowego nr SP ZOZ DA 0510-2/2020 zostało przeprowadzone badanie ofert i stwierdzono niezgodność przedmiotu zamówienia z SIWZ.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Słonecznym
mgr Maria Słota